

# HOZAN

## 製品情報

# F-207-1



T4962772490372

## 電極

### ご使用上の注意

**注意**

本製品はF-207表面抵抗チェッカーの交換部品です。  
それ以外の用途では使用しないでください。

### 電極の交換方法

- 1 使用中の電極パッドを  
はがします。  
両面テープが本体側に  
残っている場合は、  
はがしてください。

両面テープが本体側に  
残った状態。  
完全にはがしてください。



## 電極の交換方法

- 2 新しい電極パッドの剥離紙をはがし、以下の図の位置に貼ってください。  
前後左右は点線の内側に揃えてください。



## お手入れ

### ⚠ 注意

シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質・変形したりするおそれがあります。

# ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトに  
にてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



### 技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の  
10:30～12:00、13:00～17:00】