HOZAN

履物　点検記録用紙

点検月	年　　月
部　門	

管理者

F-109 表面抵抗計

機器管理No.

校正日　　年　　月　　日

F-102 電極（履物用）

機器管理No.

点検手順

※ 履物は左右で抵抗値にばらつきがある場合があります。逆の足で⑤～⑦を繰り返し、測定値が基準値内になった場合、【×】の上に【○】を記入します。

※ 右記手順はF-109とF-102の使用を想定したものです。（使用方法は取扱説明書をご確認ください。）

① 履物を装着します。
② F-109（表面抵抗計）を測定値ホールドモードに設定します。
③ F-102（履物用電極）付属の指用電極（バナナプラグ）をF-109のジャックに接続します。
④ F-102とF-109を付属の接続コードで接続します。
⑤ 片足をF-102本体に乗せ、もう一方の足はF-102から離して床面に置きます。
⑥ 左手人差し指を指用電極に当て、右手親指でF-109の測定スイッチを押します。
⑦ 一方の計測していない方の足を本体に乗せ測定します。
⑧ 測定値が1×10^5/（片足）≦Rg＜1×10^8であれば表に【○】を記入し、基準値外の場合は【×】を記入し、管理者に報告します。

合否基準 RCJS-5-1に基づく　要求される金属プレート上で着用した履物の抵抗　1×10^5/（片足）≦Rg＜1×10^8

AM / PM
始業 / 終業

氏名＼日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(例)宝山太郎	○	○	○	／	／	○	○	○	○	○	／	／	○	○	○	⊗	○	／	／	○	○	○	○	○	／	／	○	○	○	○	○